

הסבר על הדירוגים:

דירוג נורמאלי:

TH-1: הדמיה נורמלית, ללא סימנים חריגים בכלי הדם  
ללא ממצאים חריגים בהתפלגות החום בשדיים, טמפרטורת השדיים שווה באופן יחסי בשני הצדדים,  
לא נראים שינויים קיצוניים.

TH-2: ממצאים נורמאליים, בכלי הדם- סיכון נמוך  
גם בדירוג זה ההדמיה נורמאלית אך מתארת את הקיום של אספקת דם מוגברת לשדיים. ממצא זה יכול להעיד על חוסר איזון הורמונאלי בשדיים ראה/ את סולם מתאר דירוג כלי הדם, מטה.  
המלצות:

בדיקות שד לפרקים אצל הרופא המטפל, אולטרה סאונד, ממוגרפיות, בהתאם למעקב אצל הרופא.  
. עריכת בדיקת הדמיה **תרמוגרפית** אחת לשנה לנשים מעל גיל 20 .

---

דירוג גבולי / סבירות לנורמאלי:

TH-3: דירוג ממצא תרמי גבולי-סיכון בינוני  
ממצא תרמי יחיד הכולל הבדל טמפרטורה או שינוי באספקת דם.  
למרות שלממצא זה יש סבירות גבוהה להיות נורמאלי/שפיר והוא לא מוערך כמשתנה עם הזמן, זה עדיין גורם סיכון תרמי שדורש מעקב בכדי להעריך את יציבותו.  
המלצות:

בדיקות השוואה עם ממוגרפיה/אולטרהסאונד. בדיקת הדמיה תרמוגרפית חוזרת לאחר 6 חודשים.  
גורמי/מחוללי סיכון: תזונה, הורמונאלי, לחצים, כמות רעילות.

---

דירוג מחוץ לטווח הנורמה:

TH-4: דירוג תרמוביולוגי החורג מטווח הנורמה - סיכון גבוה  
עדות לשני ממצאים תרמיים חיוביים הכוללים הבדלי טמפרטורה ו/או שינויים באספקת הדם, המעידים על סיכון גבוה יותר להתפתחות סרטן ודורשים התייחסות ובדיקות הערכה נוספות ע"י רופא.

דירוג תרמוביולוגי בחריגה גבוה מטווח הנורמה – סיכון גבוה ביותר. : TH-5

עדות לשלושה ממצאים תרמיים חיוביים הכוללים הבדלי טמפרטורה ו/או שינויים באספקת הדם, המעידים על הסיכון

הגבוה ביותר להתפתחות סרטן ודורשים התייחסות ובדיקות הערכה נוספות ע"י רופא.

\* חשוב לדעת שדירוגים אלו אינם מהווים אבחנה לגילוי סרטן!!!

על ממצאים תרמוביולוגיים החורגים מהנורמה:

השלבים המוקדמים ביותר להתפתחות סרטן, מבנה שד מיוחד, פציעות בשדיים, דלקות, שינויים הורמונאליים,

וטיפול הקרנות שבוצעו לאחרונה יכולים ליצור ממצאים תרמוביולוגיים החורגים מהנורמה בדרגות שונות של

חומרה. פרטים אלו יילקחו בחשבון בעת הערכת המטופל ע"י הרופא.